



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi



TEKLİF FORMU

İşin Adı : ANJİYOGRAFİ X RAY ANJİOGRAFİ TÜPÜ
Konu : Teklif Mektubu
İstem No : 30224
Alım No : 00717

- Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
- UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
- SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
- SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
- SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
- SGK Ödenir/Ödenmez
- Pakete dahildir/dahil değildir
- Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklif birlikte SGK Sorgulamam sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.
- Teklif formunda belirtilmiş olan SUT Kodları ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
- Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.
- İdare No : 63760.38.32.00.01.330
- İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
- Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 04.10.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	X RAY ANJİOGRAFİ TÜPÜ	1	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

1. Yüklenici, ürünü ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2. Ürünün monte edileceği mahallerin montaja hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü plan ve proje çalışması, ürünün yerine montajı, sistem içinde diğer üniteler ile olan her türlü bağlantılarının yapılarak çalışır hale getirilmesi, yüklenici tarafından ücretsiz gerçekleştirilecektir.
3. Yüklenici cihazın kurulumu ve çalışması esnasında alınması gereken her türlü güvenlik sistemlerini ve uyarılarını kurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyiğinde oluşabilecek her türlü maddi-manevi tazminat gerektirecek durumlardan (yangın, ölüm ve yaralanma vb) yüklenici sorumludur.
4. 1. X-Işın Tüpü, TOSHIBA marka Infinix cs-i model Anjiografi Cihazına uygun DSRX-7444 GDS model tüp olacaktır. X-Işın tüpünün montajı ve tüm ayarları teslimattan sonra hastane idaresinin belirleyeceği tarihte yapılacak ve cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
5. Hastanemizde mevcut bulunan Toshiba marka anjiografi cihazının üretici firmasının onayladığı bir X-Işın tüpü olduğu ibraz edilecektir. Bu onaya haiz olmayan sistemler kabul edilmeyecektir. X-Işın Tüpü orijinal, yeni ve kullanılmamış olacaktır. X-Işın tüpünün yeni ve kullanılmamış olduğu, gümrük belgeleri ile belgelendirilecektir.
6. X-Işın Tüpü, Toshiba Infinix CS-i model anjiografi cihazına uyumlu Liquid Metal Lubricant Bearing tekniği ile imal edilmiş olmalıdır.
7. X-Işın Tüpü Anot ısı kapasitesi en az 3 MHU olmalıdır.
8. X-Işın Tüpü Anot disk çapı 140 mm olmalıdır.
9. X-Işın Tüpü fokus sayısı iki olmalıdır. Küçük fokus 0.5 mm büyük fokus 0.8 mm olmalıdır. Ayrıca yedekleme amaçlı ikinci bir fokus olmalı ve bu sayede küçük fokus arızasında cihaz yedek fokusu kullanarak sistemi çalıştırmalıdır.
10. X-Işın Tüpü Grid kontrollü olmalıdır.
11. X-Işın Tüpü 50-125 kV aralığındaki fluoroskopi ve radyografi değerlerinde çalışabilmelidir.
12. X-Işın Tüpü fokus güç değerleri küçük fokus için 50 kW ve büyük fokus için 100 kW olmalıdır.
13. X-Işın Tüpünde kullanılan bütün parçalar orijinal fabrika çıkışlı olmalı, 'refurbished' (yenilenmiş) veya 'reloaded' (iç tüpü değiştirilmiş) olmamalı, ürünün bu durumu ithalat ve üretici firma sertifikalarıyla ihale sırasında belgelenmelidir.
14. X-Işın Tüpü arızalara karşı 12 ay garantili olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Beğenç TAŞCANOĞLU
H.R.U. Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tesc. No: 2002/0804133

Dr. Recep Demirel