



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00513

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: ÜROLOJİ 22-f SARF MALZEME ALIMI (SÖZLEŞME)

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 09.07.2018 SAAT:10:00

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	ÜÇ PARÇALI ŞİŞİRİLEBİLİR ANTİBİYOTİKLİ PENİL PROTEZ SİLİNDİR	1	ADET			
2	ÜÇ PARÇALI ŞİŞİRİLEBİLİR PENİL PROTEZ RESERVUAR	1	ADET			
3	ÜÇ PARÇALI ŞİŞİRİLEBİLİR PENİL PROTEZ AKSESUAR KİT	1	ADET			
4	MALEABLE BÜKÜLEBİLİR PENİL PROTEZ	1	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

ÜÇ PARÇALI PENİL PROTEZ (REZERVUAR VE POMPASI DAHİL)

1. Ürün silikon veya Bioflex'ten üretilmiş olacaktır.
2. Ürün deflate halde iken dog ear (kıvrılma) yapmayacaktır.
3. Uçları yuvarlatılmış olacaktır.
4. Ürünün enine genişleme özelliği olacaktır.
5. Protez pompa sıkılarak şişirilebilir özellikte olacaktır.
6. Pompadaki valf tek dokunuşla sıkılarak kolay bir şekilde silindirlerin indirilebilmesini sağlayacak özellikte olacaktır.
7. Rezervuar hacmi en az 60cc en fazla 100cc olacaktır.
8. Rezervuarda abdominal basınç nedeniyle istemsiz olarak ereksiyon olmasını engelleyecek Lock-out valf sistemi olmalıdır.
9. Protezin dış yapısı antibiyotiği absorbe etmesi ve daha sonra hastanın içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azaltması için hidroflik veya benzeri malzemelerle kaplanmış olmalıdır.
10. Teklifi verilen ürünün CE belgesi olmalıdır.
11. Protez boylarına göre 16cm olmalıdır.
12. Protezin arka uzatma hunileri (RTE) 1cm, 1,5 cm, 2cm ve 3cm olmalıdır.
13. İstenmesi halinde her ameliyatta firmanın teknik destek vermesi zorunludur

Prof. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A.B.D.
Dip. No: 127766

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Sabri PELİT
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A.B.D.
Dip. No: 137279

Yrd. Doç. Dr. Bülent KATI
Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi
Üroloji A.B.D.
Dip. No: 125918
Tic. Sic. No: 180351

- **Malleable Penil Protez**

- Protez deęişik elastikiyetlerde silikon elastomerden yapılmıř olmalıdır.
- Protez mükemmel eęilebilirlik saęlayan icinde gümüş bobin+ PTFE+ silikon kombinasyonundan apılmıř olacaktır. Protez 130 derece bükelebiliyor olmalıdır.
- Protezin farklı bölümleri amaca uygun deęişik sertlikte olacaktır. Uç kısmı perforasyon ve erozyon riskini enaza indirecek yumuřaklıkta,
- proximal uç kısmı rahatlıęı ve duraęanlıęı saęlayacak sertlikte olacaktır.
- Protezin en küçük çapı 9mm den kalın olmayacaktır.
- Protezin en düşük çapı 9mm den balayacaktır.

- Protezin kabuęu soyularak inceltiliyor olmayacaktır. Her çapta bir protez olacaktır.

- Proximal kısım deęişik uzunluklarda ayarlanmayı saęlayacak 5mm lik çentiklerle ölçülendirilmiř olacaktır.

- Protez 10-15mm lik steril uzatmalar ile beraber aynı pakatte olmalıdır.

- Protezin ulusal bilgi bankasına kayıtlı barkodu bulunmalıdır.

Ubb kodu 7798121800076
SUT KODU UR1000

Prof. Dr. Halil CİFTÇİ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A.B.D.
Dip. No: 86512-7789

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Sabri PELİT
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A.B.D.
Dip. No: 137279

Yrd. Doç. Dr. Bülent KATI
Harran Üniversitesi Arařtırma Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip. No: 125918
Tesp. No: 100351