



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 02851

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: AMELİYATHANE - MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 22.08.2017

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	TEK KULLANIMLIK KOTER KALEMİ	2500	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

DİSPOSABLE ELEKTROKOTER KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrokoter kaleminin kablosu en az 4.6 m (15 ft) olmalıdır.
- 2-Cihaza giriş kısmı üç pinli fiş şeklinde olmalıdır.
- 3-Kesme ve Koagülasyon için ayrı iki düğmesi bulunmalıdır.
- 4-Kesme ve Koagülasyon düğmeleri farklı renklerde olmalıdır.
- 5-Kalemin ucunda bıçak elektrodu bulunmalıdır, istendiğinde bu elektrod çıkartılıp yerine standart başka bir elektrod takılabilmelidir.
- 6-Kalem steril pakette olmalıdır.
- 7-Steril sahada kullanılabilecek izoleli plastik kutusu olmalıdır.
- 8-Koter kalem steril sahadaki diğer aksesuarlardan ayırt edilebilmek için mavi renkte olmalıdır.
- 9-Koter kalem hastanede mevcut elektrokoter cihazına herhangi bir adaptör takılmadan kullanılabilinmelidir.
- 10- Latex içermemelidir.
- 11- CE 0086 garanti sertifikasına sahip olmalıdır.
- 12- Verilecek koter kalemlerinin A.B. Dalı'ndaki mevcut koterlerle çalışmış, test edilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
- 13-Ürün numune ile değerlendirilecektir.

Ediçer GEBEL
A: