



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00483

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: KARDİYOLOJİ-PTCA KILAVUZ TEL

Fiş Kodu :

Fiyatlar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 25.06.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	PTCA KILAVUZ TEL, 0,014" 150-190 HİDROFİLİK	350	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

91) **Sut kodu: KR1088- HİDROFİLİK ÖZELLİKTE PTKA KILAVUZ TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Koroner Arter girişimlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. 0.014" (inç) kalınlığında ve en az 180 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.
4. Distal segment (yumuşak kısım) sürtünmeyi engelleyici hidrofilik kaplamaya (polimerli) sahip olmalı, bu kaplama biyolojik uyumlu olmalı, kılavuz tel proksimal segmenti ise PTFE kaplı olmalıdır.
5. Kıvrımlı tortuoz ve kalsifik lezyonlarda diseksiyona neden olmadan geçme özelliği oldukça yüksek olmalıdır.
6. Kılavuz telin görünebilen (X-Ray altında) uzunluğu en fazla 3 cm olmalı, lezyon görüntüsünü kapatmamalıdır.
7. Kılavuz tel yüksek düzeyde kontrol edilebilir yapıda olmalıdır.
8. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
9. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
10. İhaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.

Yrd. Doç. Dr. Zülkif TANRIVERDİ
Kardiyoloji ve Uygulama Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Ord. No 16516

Yrd. Doç. Dr. Feyyazhan BESU
Kardiyoloji ve Uygulama Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Ord. No 16516