



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03084

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: KARDİYOLOJİ SERVİSİ 22 F YILLIK MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 01.12.2017 SAAT 17:00

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	MİTRAL BALON VALVULOPLASTİ BALON KATETER SETİ	10	ADET			
2	TRANSSEGTAL İĞNE	10	ADET			
3	KATETER, INTRAKARDİYAK LONG SHEATH	10	ADET			
4	VSD OKLÜDER DEVİCE	5	ADET			
5	PDA OKLÜDER SETİ 3MM	5	ADET			
6	PDA OKLÜDER ALETİ TAŞIMA SİSTEMİ	5	ADET			
7	İNTRATORASİK BALON KATETER, DÜŞÜK BASINÇLI VE DÜŞÜK PROFİLLİ	5	ADET			
8	SUPER STIFF FLOOPY GUIDE WİRE 0,035 INCH 260 J	10	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

1- MİTRAL VALVULOPLASTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KR1171)

1. Balon Mitral Valvuloplasti Kateter setleri 24mm, 26mm, 28mm ve 30mm ebatlarında seçeneklere sahip olmalıdır.
2. Tek tek steril orijinal ambalajlarda paketlenmiş olacak , disposable olacak , üzerinde son kullanma tarihi olacak , sterilizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacaktır.
3. CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan , teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1(bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
5. Bölüm talep ederse teslimat sonrası firma balonların istenen boyutta değişimini yapmayı garanti etmelidir.
6. Balon kateteri mitral kapakta şişirilip geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde kendi kendine inerek kapaktan ve septumdan güvenli bir şekilde geri çıkartılabilmesi için balon üzerinde en az iki küçük kontrast madde güvenlik çıkış deliği bulunmalıdır.
7. Seti ile birlikte ;
 - 1) Balon Gerdirme Tüpü (Stretching Tube): 1.2mm. genişliğinde, 80 cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 2) Balon Kateteri: 12F genişliğinde, 70cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 3) Dilatör: 14F genişliğinde 65-75cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 4) Guidewire: 0.025 inch genişliğinde 170-180cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 5) Stylet: 0.038 inch genişliğinde, 70-90 cm uzunlukta olmalıdır.
 - 6) Şırınga: Balon ebadında özel kademelendirilmiş olmalıdır. Volume 30mm olmalıdır.
 - 7) Ruler: Balon genişliğinin ölçümünde kullanılacaktır.

Dr. Dr. İbrahim H. ALTIPARMAK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Tescil No: 82295

Dr. Dr. Fevzi DEMİRBAĞ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Tescil No: 102425

Dr. Dr. Fevziullah BEŞLİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Tescil No: 102425

2-TRANSEPTAL BRK. NEEDLE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KR 1052)

1. Teklif edilecek Transseptal Brk. Needle, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriuma septumu delerek geçişi (Septostomy) mümkün kılabilirmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikden yapılmış Stylet'dan oluşmalıdır.
3. Verilecek needle 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında olmalıdır.
4. Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer'a sahip olmalıdır
5. Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.


Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil ALTINARMAK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Tescil No: 62295


Prof. Dr. Ayşe DEMİRER
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doküman No: 2111 255 19
Uzmanlık Tescil No: 49021


Yrd. Doç. Dr. Feriyye BESLİ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 62295
Uzmanlık Tescil No: 49021

3-TRANSSEPTAL GUIDING INTRODUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ (KR1051)

1. Teklif edilecek Transseptal Introducer, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriumda diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. Verilecek malzeme 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında Brokenbrough (BRK™) serisi Transseptal Needle ile uyumlu olmalıdır.
3. Verilecek malzeme 63 (altmışüç) cm uzunluğunda olmalı ve kullanılabilir maksimum GuideWire çapı 0.032" (sıfırnoktasıfırotuziki inç) olmalıdır.
4. 8,5 F dilatörünün uzunluğu 67 (altmışyedi) cm olmalıdır.
5. Introducerların uç kısımları anterior planda öne doğru 45° açıyla, bir yarım çember şeklini almalı ve markırı w/Tip olmalıdır.
6. Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.


Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil ALTIKIRMAK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Tescil No: 82296


Prof. Dr. Zeynep DEMİRCİ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Tescil No: 9931


Yrd. Doç. Dr. Feyzullah BESLİ
Harran Üniv. Araş. ve Uyg. Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 136705
Uzmanlık Tescil No: 102425