

Sıra No: 00579

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: 25 kalem tıbbi sarf malzeme alımı

Fiş Kodu :

Son Teklif Tarihi: 10.08.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	YÜKSEK DÜZEY ALET VE ENDOSKOPI DEZENFEKTANI	500	LİTRE			
2	KÜVÖZ MOTORU	5	ADET			
3	VENTİLATÖR İÇİN FLOW SENSÖR KABLUSU	24	ADET			
4	VENTİLATÖR EXPİRASYON VALFİ	24	ADET			
5	VENTİLATÖR BATARYA	24	ADET			
6	VENTİLATÖR KONTROL KNOP	2	ADET			
7	VENTİLATÖR AÇILI KONNEKTÖR	2	ADET			
8	ST TYVEK PAKETLEME RULOSU 10 CM X 70 M	20	ADET			
9	ST TYVEK PAKETLEME RULOSU 15 CM X 70 M	20	ADET			
10	PLASTİK KONTEYNER KİLİDİ	20000	ADET			
11	PİYESEMEN YAĞLAYICI	12	ADET			
12	otoklav temizleyicisi	12	ADET			
13	KAVİSLİ KAPATICI-KESİCİ STAPLER, TÜM BOYLAR	2	ADET			
14	KAVİSLİ KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU, TÜM BOYLAR	10	ADET			
15	PROSEAL LMA NO:3	80	ADET			
16	HIZLI ETKİLİ PERASATİK ASİT DEZENFEKTAN	500	LİTRE			
17	CERRAHİ ALETLER PAS GİDERİCİ	30	LİTRE			
18	BİYOLOJİK BARIYERLİ ELDİVEN (HEPATİT) NO:8	400	ADET			
19	DİSPOSABLE AMELİYAT MAYO MASA ÖRTÜSÜ	1250	ADET			
20	STENT SETİ DOUBLE J YETİŞKİN 4.7 F 26 CM	150	ADET			
21	AMELİYATHANE TERLİĞİ	100	ÇİFT			
22	DAMAR ASKISI MAXİ KIRMIZI 1,15 MM X 2,4 MM	40	ADET			
23	METİLEN MAVİSİ	10	LİTRE			
24	CERRAHİ DAMAR ASKISI SİLİKON MAVİ 1.5MM 75CM ADCE	30	ADET			
25	CERRAHİ DAMAR ASKISI SİLİKON SARI 1.5MM 75CM ADCE	30	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

YÜKSEK DÜZEY ALET VE ENDOSKOPİ DEZENFEKTANİ TEKNİK ŞARTNEMESİ

1. Dezenfektan solüsyon, Bakterisit (TBC dahil), Fungusit, Virüsit (HBV, HCV, HIV dahil) ve sporisit etkili olmalıdır.
2. Bakterisit, Fungusit, Virüsit, Mikobakterisit, Tüberkülosit ve Sporisidal etkinliği 5 dakikada göstermelidir. Bununla ilgili EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476, EN 14348, EN 14563 ve EN 13704 normlarına göre yapılmış çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Solüsyon % 0,55 oranında Orto-phthalaldehyde içermelidir. Kuarterner amonyum, fenol, asit, alkol ve klor içermemeli. Kullanıma hazır olmalı ve sulandırılmadan kullanılmalı. Kullanıma hazır formunun içinde tortu bulunmamalı. Köpürme yapmamalıdır.
4. Hastanemiz endoskopi departmanı ve ameliyathane genelinde ıslanmasında sakınca bulunmayan her türlü tıbbi ve cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının, (maske, ambu, vb.) yüksek düzey dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama, renk değişikliği vb. zedelenmeye neden olmamalıdır.
5. Solüsyonun rahatsız edici kokusu olmamalı. Toksik veya iritan etkisi bulunmamalıdır. Suda çözümlenebilmelidir.
6. Solüsyon kullanıldığı aletlerin paslanmasını aşınmasını ve deformasyonunu engelleyici antikorozyf madde içermelidir.
7. İstekli firmalar ihale dosyasına ürünün kullanıldığı cihazlarda dezenfektandan kaynaklanan arıza meydana gelmesi halinde zararı karşılayacağını taahhüt etmelidir.
8. Solüsyon etiketleri Türkçe olmalı, etiket üzerinde gerekli tüm bilgiler yer almalıdır, (son kullanma tarihleri, içerikleri)
9. Solüsyonun pH değerleri 7,0 – 8,5 arasında olmalıdır.
10. Solüsyon kullanım ömrü en az 14 gün olmalıdır. Bu durum Sağlık Bakanlığı referans laboratuvarında yapılmış çalışmayla belgelenmelidir.
11. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile test edilebilir olmalı, her 5 Litreye bir adet test stribi verilmelidir.
12. Ürünün endoskoplarda kullanım uyumluluğu olmalıdır. En az 1 endoskop üreticisinden alınmış onay belgesi olmalıdır. (Storz, pentax, olympus ve wolf den herhangi biri)
13. Üretim tarihinden itibaren, miadı 24 ay olmalıdır Hastanemize teslim edilmesinden itibaren miadı, en az 18 ay olmalıdır.
14. Solüsyonun ÜTS kaydı bulunmalı ve Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır. Üretici Firma ISO 13485, ISO 9001 ve GMP belgelerine sahip olmalıdır. Ürün CE belgesine ait olmalıdır.
15. Solüsyonlar 5 Litrelük PVC içermeyen, sızdırmaz ve kilitli kapaklı olmalıdır.
15. Ürün Güvenlik Bilgi Formu dosyada sunulmalıdır.

Yard. Doc. Dr. Zafar Hosain AL SAK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Diploma No: 94892153
Diploma Uzm. No: 70234-79080

Yard. Doc. Dr. İdris HOŞCANLI
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Diploma No: 06-1097
Diploma Uzm. No: 108501