



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00484

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: KARDİYOLOJİ-MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 25.06.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	KATETER,BALON,ANJİYOPLASTİ,014",MONORAIL,DÜŞÜK PROFİLLİ(KORONER TOTAL OKLİZYON BALONU)	275	ADET			
2	GEÇİCİ PACEMAKER TELİ	30	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.



Sut Kodu KR1098- Rekanalizasyon Balonu Kateteri Teknik Şartnamesi

1. Monorail (RX) yapısında ve 0.014" inç kalınlığında kılavuz tellerle uyumlu olmalıdır.
2. Proksimal shaft kalınlığı maksimum 1.9F, distal segment kalınlığı ise maksimum 2.4F olmalıdır.
3. Kullanılabilir kateter uzunluğu minimum 140cm olmalıdır.
4. Lezyon giriş profili maksimum 0.016" inç; lezyon geçiş profili maksimum 0.021" inç olmalıdır.
5. Balon çapı 1.0 ve 1.25 mm içerisinde seçilebilmelidir.
6. Balon uzunlukları 5,10, 15 ve 20mm içerisinde seçilebilmelidir.
7. Balon üzerinde(sadece ortasında) tanımlayıcı işaret olmalıdır.
8. Balon ucu (lezyon giriş noktası) uzunluğu maksimum 1.5mm olmalıdır.
9. Balon nominal basıncı 6 BAR patlama basıncı ise 14 BAR olmalıdır.
10. Balon kateter CE onaylı olmalıdır.
11. Balon kateter steril orijinal ambalajında üretim ve tüketim tarihlerinin kayıtlı olduğu çıkartılabilir etiketlere sahip orijinal ambalajlarıyla teslim edilmelidir.
12. **Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.**
13. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
14. İhaleden önce **numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır.**
15. İhaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. **İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.**

Yrd.Doç.Dr.Zülkiŕ TANIRVERDİ
H R U Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip.No 18518

Yrd. Doç. Dr. Feyyazullah BİNGÖL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. No: 18518
Uzmanlık Tesisti No: 1020202