



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00493

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: ANESTEZİ-TÜM SERVİSİ

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 28.06.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	HASTA ISITMA BATTANİYESİ	600	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine

18.06.2018 tarih ve 29784 numaralı 600 adet hasta ısıtma battaniyesi istemiyle ilgili gerekçemizdir.

Ayniyat stoklarında hasta ısıtma battaniyesi görülmekte fakat bu battaniyeler hastayı bütünü ile örten battaniyelerdir. Bizim ameliyathanede kullanmak istediğimiz battaniyeler ise şartnamede belirtildiği gibi üst gövde ve kolları saran yarım battaniyeler olup cerrahi alanı (Organ nakli, Alt ekstremite vakaları gibi) engellememektedir. Bu nedenle istemimizde belirtilen malzemelerin alımı hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 18.06.2018

Doç.Dr.Nuray ALTAY
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Başkanı
Uzmanlık Tescil No: 74627
21.06.2018.

Yrd.Doç.Dr.Başak PEHLİVA
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Dip. Tescil No: 114049613

Yrd.Doç.Dr.Mahmut Ali KARAHAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Dip. No: 11305 - Uzm. Tescil No: 103373

Litotomik hasta gövde altı ısıtma battaniyesi

- Battaniye ile ısıtma cihazı aynı marka olmalıdır
- Sıcak hava üflemeli cihazlarla birlikte kullanılabilir olmalıdır
- Konvektif ısıtmayı sağlayan battaniyeler, radyolusen/radyoparan özellikte ve düzenli perfore yapıda olmalıdır.
- Battaniyeler alt ekstremite, abdominal, peritoneal ve pelvis boşluğu ameliyatlarında gövde altına serilebilir özellikte olmalıdır
- Alta sıvıların birikmesini engellemeye yönelik sıvı drenaj delikleri bulunmalıdır.
- Battaniyeler üniform ısı dağılımını sağlayan özel kanal tasarımına sahip olmalıdır.
- Battaniyelerin delinmesi veya yırtılması üniform ısı dağılımına engel olmamalıdır.
- Ameliyata başlamadan önce hasta altına serilerek ön ısıtmaya izin vermelidir
- Sıcak havanın beden altında bulunan iskemik dokulara ulaşmasını önlemelidir
- Litotomik gövde altı battaniyeler klinisyenlere tam ve sınırsız erişim izni vermeli ve ameliyat çeşidine göre esnek konumlandırma olanağı tanımalıdır
- Entegre bağlama kuşakları battaniyelerin masaya/bacak dayanaklarına sabitlenmesine olanak sağlamalıdır.
- İçerisinde bulunan şeffaf film örtü hasta başının çevresinde sıcak hava akımının korunmasını sağlamalıdır
- Hortumun battaniyelere bağlantı noktasında battaniye üzerinde karton yuva bulunmalıdır.
- Battaniye üzerinde bulunan kulakçıklar ve yapışkan alanlar battaniyenin ameliyat masasına sabitleme olanağı sağlamalıdır.
- Battaniyeler ameliyathane içerisinde partikül yayılımını önleyen polipropilen ve polietilen non wovenden malzemeden üretilmiş olmalıdır
- Battaniye üzerinde hastaya esnek pozisyon vermek amacıyla tasarlanmış kol geçiş aralıkları bulunmalıdır.
- Battaniyeler tek kullanımlık ve lateks içermeyen yapıda olmalıdır
- Battaniye 188x91 cm ebatlarında olmalı ve 61x61 cm şeffaf film örtü içermelidir.
- Battaniye, aynı marka cihaz ile kullanıldığından en etkili ısıtmayı sağlamalıdır.
- Teslim edilen her 150 adet battaniye ye 1 adet aynı marka cihaz teslim edilmelidir.


Dr. Dr. Nurettin ALTAY
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Uzmanlık Tescil No: 7485


Yrd. Doç. Dr. Muhammed KARAHAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. No: 11 305 - Uzm. Tescil No: 4633