



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00531

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: 14 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

Fiyatlar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 15.07.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	INTRADUCER SHEATH 6 F 90 CM	25	ADET			
2	KLAVUZ TEL 0,32 / 0,38 HİDROFİLİK 260-300 CM	140	ADET			
3	KLAVUZ TEL 0,32/0,38 SÜPER SERT TEFLON KAPLI 260-300 CM	30	ADET			
4	PTCA KILAVUZ TEL, 0,014", 150-190 CM ARASI (GUIDE WİRE 0,014 SOFT J)	750	ADET			
5	PTCA KILAVUZ TEL, 0,014" 150-190 CM HİDROFİLİK	400	ADET			
6	KATETER BALON ANJİOPLASTİ 0,14 MONORAİL	200	ADET			
7	KATETER,BALON,ANJİYOPLASTİ,014",MONORAİL,DÜŞÜK PROFİLLİ(KORONER TOTAL OKLİZYON BALONU)	400	ADET			
8	İNDEFLETÖR - DEFLATÖR	750	ADET			
9	GEÇİCİ PACEMAKER TELİ	15	ADET			
10	EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ / MONORAİL / MONORAİLE ÇEVİRİLEBİLEN	20	ADET			
11	KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 0,014-0,018", REKANALİZASYON AMAÇLI (FEİLDER XT)	30	ADET			
12	KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 0,014-0,018", REKANALİZASYON AMAÇLI	30	ADET			
13	PTCA KILAVUZ TEL, 0,014" 150-190 CM CTO (MİRACLE 12)	30	ADET			
14	PTCA MİKRO KATETER VİDALI TİP	30	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.



GR1066- Long Sheat Teknik Şartnamesi

- 1- Kateteri damara yerleştirmek için kullanılan bir sitem olmalıdır.
- 2- 65 ve 90 cm olmak üzere farklı uzunluk seçenekleri olmalı ve 6,7 ve 8 french çapları mevcut olmalıdır. Uzunluk tercihleri bölüm tarafından firmaya daha sonra bildirilecektir.
- 3- Distal ucunda radyoopak marker bulunmalıdır.
- 4- 0,038 inç guidewire ile uyumlu olmalıdır.
- 5- Coil-wire tasarımı sahip olmalıdır. Coil'in kendisi fleksibl polimer katmanları arasında yapıştırılmış olmalıdır. En uçta ise hidrofilik bir yüzey ile kaplanmış olmalı ve bu şekilde duvar kalınlığının artmasından kaçınılmış olmalıdır.
- 6- Kink yapmamalıdır ve entegre edilmiş side port- hemostaz valvi ve buna bağlı 3 yollu musluk (stopcock) bulunmalıdır.
- 7- Setin içinde snap-lock özelliğinde damar dilatatörü ve obturator başlık bulunmalıdır.
- 8- Hub sleeve tasarımı bu bölgede oluşabilecek kinklere karşı koruyucu yapıda olmalıdır.
- 9- Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.
- 10- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır
- 11- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 12- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
- 13- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (CE – FDA) sahip olmalıdır.
- 14- Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 15- **İhaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölün tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- 16- **Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) teklif esnasında belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan malzemeler teklif dışı bırakılacaktır**
- 17- **İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir**

Dr. Öğrt. Gör. Zülkiif TANRIVERDI
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 16516

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah BEŞLİ
Harran Üniy. Araş. ve Uyg. Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 136765
Uzmanlık Tescil No: 102425