



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 02797

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ - MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MALİYET İÇİNDİR.

Son Teklif Tarihi: 11.08.2017

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	KALP-AKCIĞER MAKİNESİ (HİZMETALIMI)	1	ADET			
2	ULTRASONİK VE BİPOLAR DAMAR KESME VE KAPAMA CİHAZI (HİZMET ALIMI)	1	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

KALP AKCİĞER MAKİNESİ (POMPASI) CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. GENEL ŞARTLAR

İstekliler,

1. Teklif edilen cihaz, teknik şartname maddelerine uygun en son model olacaktır. Teklif veren firma cihazın marka ve modelini belirtecektir.

B. TEKNİK ÖZELLİKLER

1.1. Sistem aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır;

- Konsol
- Batarya
- 3 adet büyük kafalı roller pompa modülü
- 1 adet çift kafalı roller pompa modülü veya 2 adet küçük kafalı roller pompa modülü
- Kontrol Paneli
- 2 (iki) Kanallı Basınç Kontrol Modülü
- 3 (üç) Kanallı Zaman Modülü
- 3 (üç) Kanallı Isı Modülü
- Seviye Kontrol ve Hava Kabarcığı Modülü
- Pulsatil Akış Kontrolü
- Kardiyopleji Kontrol Modülü
- Gaz Mikseri
- Elektronik Uzaktan Kumandalı Venöz Hat Klempi
- Halojen Konsol Lambası veya Led Konsol Lambası
- Venöz Kan Parametreleri İzleme Modülü
- Isıtıcı-Soğutucu Cihazı
- Gerekli tüm diğer aksesuarlar

2.1. Sistemin Çalıştırılması

- 2.1.1. Cihaz 220V – 230V \pm %10, 50 Hz. şehir şebekesi geriliminde sorunsuz olarak çalışabilmelidir.

Prof. Dr. Mustafa GÖZ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Öğretim Üyesi
Dip.No: 17/1250

Doç. Dr. Mehmet Salih AYDIN
Harran Univ. Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A B D
Öğretim Üyesi
Dip No 0213010176-81310