



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00464

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: RADYOLOJİ-DİKTASYON CİHAZI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: **08.06.2018**

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	DİKTASYON CİHAZI	7	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

11. DİJİTAL DİKTASYON SİSTEMİ Teknik Şartnamesi

- 1.Cihaz, dikte ve PC gezinimi üzerinde, tek bir hafif ünite de tam kontrol sağlayacaktır. Tek Parmakla işletim için ergonomik şekilde kayıt düğmelerini kullanarak dikteleri doğrudan doğruya Bilgisayarınıza kayıt etme sistemine sahip olacaktır. Optik izleme topu ile belgeler arasında hassas Bir biçimde gezinmeyi sağlayacaktır.
- 2.Cihaz, bilgisayara bağlı iken bilgisayarın faresinden bağımsız olarak fare gibi kullanılma Fonksiyonuna sahip olacaktır.
- 3.Kayıt cihazı üzerinde aşağıda belirtilen fonksiyon düğmeleri bulunacaktır. Mikrofon, EOL (kaydın sonlandırılması), Geri sarma, Yürüt / Duraklat, Sol fare düğmesi, Sağ fare düğmesi, Optik Mouse topu, Hoparlör, KayıtLED'i, Kayıt, Ekle/ÜzerineYaz, İleri sarma
- 4.Cihaz, USB kablosuyla PC'ye bağlanacak ve veriler aktarılacaktır.
- 5.Kayıt sırasında durum LED'ikırmızı (üstüne yazma modunda) veya yeşil (ekleme modunda) olarak yanacaktır.
- 6.Cihaz, kaydı bitmiş olarak işaretlemek için mektubun sonu (EOL/P) düğmesine sahip olacaktır.
- 7.FujiFilm Synapse Pack Sistemine uyumlu olmalıdır.
- 8-Cihaz usg raporlarının diktasyonunda kullanılacağından, cihazın pacs ile teknik bağlantısı yapılması ve usg raporlaması yapılacak hastaların sorunsuz bir şekilde hasta dosyalarına dikte edilmesi için gerekli bütün teknik işlemler yüklenici tarafından sağlanacak.Kullanıma hazır bir şekilde teslim edilecektir.

Doç.Dr.Abdurrahim DUSAK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dip.No:2254
Dip.Tescil No:61224-77108

Yrd.Doç.Dr.Sunay Sibel KARAYOL
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tesc. No:82834