



T.C.  
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 02809

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: AYNİYAT SAYMANLIK BÜROSU - MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MALİYET İÇİNDİR:

Son Teklif Tarihi: 17.08.2017

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	HASTA TANITIM BİLEKLİĞİ ERİŞKİN	10000	ADET			
2	İNTRAKET SARI NO 24	10000	ADET			
3	KULAKTAN ATEŞ ÖLÇME PROBU	325000	ADET			
4	YATAK KORUYUCU( ALEZ)	50000	ADET			
5	SPİNAL İĞNE NO:20	750	ADET			
6	SPİNAL İĞNE NO : 22	250	ADET			
7	SPİNAL İĞNE 25 G	2500	ADET			
8	BİSTÜRİ UCU NO:10	5000	ADET			
9	ALÇI PAMUĞU 15 CM	5000	ADET			
10	NAZOGASTRİK SONDA NO: 14	250	ADET			
11	BİSTÜRİ UCU NO.11	2500	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

\*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

## HASTA TANITIM BİLEKLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bilekliğin rengi erişkin hastalarda beyaz olmalıdır.
2. Özellikle hastalıklar için (alerji vb.) durumlarında yetişkin ebatlarının belli bir miktarı idare tarafından belirtilen renkte olacaktır.
3. Bilekliğin üzerinde hastanın protokol numarası adı-soyadı, doğum tarihi gün/ ay / yıl ve ilgili bölümün adı vb. bilgileri kayıt edilebilen etiketi olmalıdır.
4. Ürün oda sıcaklığında saklanabilme özelliğine sahip olmalı
5. Kullanıcı bünyesine tahriş, kaşıntı, alerji v.s. türü zararlı reaksiyon vermemeli
6. Bebek bilekliği bebek bileğine uygun boyda olmalı.
7. Kilitlenebilir sistemi olup, kilit makasla kesilmedikçe kesinlikle açılmamalı
8. Kilitleme işlemi için kullanılan delik sayısı yeterli miktarda olmalı, delikler arasında uygun mesafe olmalı
9. Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su, vücut sıvısı, kan, amonyak, çamaşır suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
10. Bileklik rengi hastanın alerji, bulaşıcı vs. hastalık durumlarına göre idare tarafından beirtilerek verilmeli,
11. UBB barkodu olmalıdır.
12. Hastane personeline ve hastaya solunum sistemine, göz, cilt v.s yan etkisi olmayan materyalden imal edilmiş olmalı
13. Kol bağı uzun zaman kullanıldığında akut ve kronik herhangi bir etki yaratmamalı
14. Ürünün (kol bağının) bileşimleri kimyasal olarak antialerjik polietilen malzemeden imal edilmiş olmalı
15. Ürün numune ile değerlendirilecektir.

Plastik Cen. S. 14  
Aliye ALTUN

Canan ÇAPRA  
Sorumlu Hemşire

Nursel BİLGİN  
Göğüs Hast. Servis Sorumlu Hemşiresi

Gülşüm KÖRGEN  
Sorumlu Hemşire