



T.C.  
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03182

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ - 22 F YILLIK MALZEME ALIM

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 29.12.2017 SAAT 17:00

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	Reya Trombektomi Sistem III	10	ADET			
2	Reya Trombektomi Sistem V(PERKÜTAN İKİ AŞAMALI FEMORAL VEN KANÜLÜ)	5	ADET			
3	KATETER TROMBOASPIRASYON,PERİFERİK,TEL ÜZERİNDEN İLERLETİLEN,MOTORU İLE K-Vac Aspirasyon Sistem II	5	ADET			
4	KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ,035",DİSTALİ HİDROFİL(Kılavuz tel / 0,035" / Hidrofilik / Distali incelen )	5	ADET			
5	SET,İNTRODUSER,PERİFERİK,15CM VE ALTI,ÖRGÜSÜZ,HİDROFİLİK (Periferik intraducer hidrofilik 16 cm)	5	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

\*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

## Hidrofilik Teslim Kılavuzu Şartnamesi

1. Teslim Teli atravmatik damar lümenine zarar vermemelidir.
2. Uç kısmı incelen tipte olmalıdır.
3. 0.86 mm olmalıdır.
4. Uç kısmı tel kısmından hafif ve bu sebeple rahatlıkla ilerleyebilmelidir.
5. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale

  
Prof. Dr. Mustafa GÖZ  
Hankent Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.  
ABD Başkanı  
Dip. No: 1711250

  
Doc. Dr. Mehmet Selih AYDIN  
Hankent Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.  
Akademi Kurul Üyesi  
Dip. No: 0213010176-61310

## Entry Kateter Şartnamesi

1. Entry Kateter atravmatik damar lümenine zarar vermemelidir.
2. Hidrofilik yüzeye sahip olmalı
3. En az 16 cm uzunluğunda olmalı
4. Dilatasyon yapacak kateteride ayrıca hidrofilik olmalı
5. Kullanılan setle uyumlu olmalı
6. Sistemde side port lümeni bulunmalıdır.
7. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
8. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp doktoru ve Biyomedikal Mühendisi bulunmalıdır.
9. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.
10. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  
Prof. Dr. Mustafa GÖZ  
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi A. B. D.  
Etiler Baskam  
Tıp No: 711250

  
Doc. Dr. Mehmet Salih AYDIN  
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi A. B. D.  
Etiler Baskam Tıp No: 711250

## Kafes Tromboliz Sistemi Şartnamesi

1. Kafes Tromboliz sistemi pulmoner emboli koruması için kendini merkezleyen IVC filtre sistemine sahip olmalıdır.
2. Filtre sistemi %100 geri alınabilir özellikte olmalıdır.
3. Filtre sistemi Nitinol olmalıdır ve radyopak işaretleyicisi bulunmalıdır.
4. Filtre sistemi 30 mm çapta ve 50 mm uzunlukta olmalıdır.
5. Filtre sisteminin dizaynı embolizasyon riskini en aza indireyecek ve kaval teması minimize edecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
6. Katater filtreleme işlemini yaparken aynı zamanda tromboliz işleminide yapabilmelidir.
7. Sistem sheath'i 9F ve Pebax Coil desteğiyle bükülmeye karşı güçlendirilmiş olmalıdır.
8. Sistem sheath'i hidrofilik kaplamalı olmalıdır ve 30 cm kullanım alanı olmalıdır.
9. Sistem ilaç, kontrast madde gönderimi ve diğer gerekli işlemler için 3 (üç) lümenli santral venöz katateri içerisinde bulundurmalı ve katater sistemle entegre olmalıdır.
10. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi bulunmalıdır.
11. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
12. İhaleye girecek firmalar ihaleden 2 gün önce ilgili klinikten uygunluk almalıdır.
13. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Prof. Dr. Mustafa GÖZ**  
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.  
ABD Başkanı  
Dip.No: 1711250

**Doc. Dr. Mehmet Salih ALDIN**  
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.  
Çiğdem Üyesi  
Dip.No: 0213010176-81310