



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00466

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI - MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 12.06.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	ESSİX MAKİNASI	1	ADET			
2	TORCH	2	ADET			
3	KUMLAMA CİHAZI VE KABİNİ	1	ADET			
4	ALÇI (KESME) AÇMA MOTORU	1	ADET			
5	CİLA MOTORU	1	ADET			
6	LABORATUVAR MOTORU	1	ADET			
7	PUNTOLAMA MAKİNASI	1	ADET			
8	ARTİKÜLATÖR (BASİT)	5	ADET			
9	TAM AYARLANABİLİR ARTİKÜLATÖR	1	ADET			
10	ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI	2	ADET			
11	POLİMERİZASYON TENCERESİ	1	ADET			
12	NEGATOSKOP (BÜYÜK BOY-LED)	1	ADET			
13	FOTOĞRAF MAKİNESİ	1	ADET			
14	FOTOĞRAF MAKİNESİ LENSİ	1	ADET			
15	ASMA MOTOR	1	ADET			
16	MODEL DOLABI	3	ADET			
17	RÖNTGEN CİHAZI (PERİAPİKAL RÖNTGEN+FOSFOR PLAK)	1	ADET			
18	DİJİTAL PANAROMİK VE SEFALOMETRİK GÖRÜNTÜLEME CİHAZI	1	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

**HARRAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D.
DEMİRBAŞ MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-ESSİX MAKİNASI

- 1-Kare şeklinde plak basmalıdır.
- 2-Plağı üstten ısıtmalıdır.
- 3-Vakumu makine gövdesinin alt kısmından uygulamalıdır.
- 4-Yumuşak ve sert plak basabilmelidir.

2-TORCH

- 1-Klinik de kullanılacak tipte olmalıdır.
- 2-Piyasada satılan çakmak gazlarını kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 3-180 gr ağırlığında olmalıdır.
- 4-Ürün üzerinden Alev azaltma ve çoğaltma işlemini yapabilmelidir.
- 5-Ürünün tezgah üstünde durabilmesi için altlığı olmalıdır.

3-KUMLAMA CİHAZI VE KABİNİ

- 1-Çalışma basıncı 1-6 bar olmalıdır.
- 2-Maksimum bağlantı basıncı 6 bar olmalıdır.
- 3- 9W'lik güç lambasının olmalıdır.
- 4-Genişliği en az 350 mm olmalıdır
- 5- Yüksekliği 270-280 mm arasında olmalıdır.
- 6-Derinliğinin 390-410 mm arasında olmalıdır.
- 7-Ağırlığı 4,3-5,7 kg arasında olmalıdır.

4-ALÇI (KESME) AÇMA MOTORU

- 1-230 V şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
- 2-Alçı modellerin kesilmesinde kullanılmalıdır.
- 3-Ayrı ayrı 450 W kapasiteli 2 adet motoru olmalı, ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir.
- 4-Güç frekansı 50/60 Hz olmalıdır.
- 5-Ağırlığı en fazla 40 kg olmalıdır.
- 6-Sulu sistemde çalışmalıdır.
- 7-Ayrı kontrol edilebilen su vanası ve manyetik su valfi olmalıdır.
- 8-Cihaza su girişi ve su drenajı bağlantısı yapılmalıdır.
- 9-Çalışma alanı ile kareleme ve açılama aletleri olmalıdır.
- 10-İri taneli ve ince taneli olmak üzere 2 adet kesici diski olmalıdır.
- 11-Masa üzerinde, konumlandırıldığı yerde sabit kalabilmelidir.

5- CİLA MOTORU

- 1-Akrilik işlemlerin parlatmasını yapmalıdır.
- 2-Sessiz ve sarsıntısız çalışabilmelidir.
- 3-Dakikada 1500-3000 arası devir yapıyor olmalıdır.
- 4-Frekansı 50 Hz olmalıdır

Yrd.Doç.Dr.M.Sinan DOĞAN
H.R.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Çocuk Diş Hekimliği A.D.
(Pedodonti)
Dip.Tesc.No:79575/89694

Yrd.Doç.Dr.M.Emrah POLAT
H.R.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D
Dip.Tesc.No:29499

Yrd.Doç.Dr.M.Nazir KARACA
H.R.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti A.D.
33468/128933

- 5- 12-14 kg arası ağırlığı olmalıdır.
- 6-En az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

6- LABORTUVAR MOTORU

- 1-devir: 1,000 – 50.000 devir/dakika olmalıdır.
- 2-Piyasemen motoru kömürsüz olmalıdır.
- 3-Devir sayısını gösteren dijital gösterge olmalıdır.
- 4-Hem ayaktan, hem dizden ve hem de elden kumanda edilebilmelidir.
- 5-Teknisyenin kolay ve hızlı frez değiştirebilmesi için piyasemen tek harekette buna uygun olmalıdır.
- 6-Piyasemeni ısınmamalıdır.
- 7-Aşırı yük ve voltaj koruması olmalıdır
- 8-Sağ ve sol yönde çalışabilmesi için kontrol kutusu üzerinde düğme olmalıdır.
- 9-Sabit hızda (oto cruise fonksiyonu) çalışabilme özelliği olmalıdır.
- 10-Hata mesajlarını gösteren dijital gösterge olmalıdır.
- 11-Çalışma gücü: en az 230 watt olmalıdır.
- 12-Çalışma voltajı: 200-240 v / 50-60 hz olmalıdır.
- 13-Maksimum torku 7.8n cm olmalıdır.
- 14-El parçasının ağırlığı en fazla 240 gr olmalıdır.
- 15-Çalışılmayan zamanlarda el parçasının konması için plastik standı olmalıdır.
- 16-Masa altına veya daha başka bir yere kontrol kutusunu asmak için gerekli metal parça olmalıdır.
- 17-AB normlarına uygunluk belgesi olan CE belgesine sahip olmalıdır.
- 18-Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

7-PUNTOLAMA MAKİNASI

- 1-Ceyran gücü 2.000 amper olmalıdır.
- 2-İki kademli güç ayarı olmalıdır.
- 3-Lehimlemeyi iki kademede yapabilmelidir.
- 4-Sürekli lehimleme ve tek kademli lehimleme yapabilmelidir.
- 5-Cihazın üzerinde LED display ekranı olmalıdır.
- 6-İstenildiğinde ayak pedalı takılabilir özellikte olmalıdır.
- 7-240 V 50/60 Hz çalışmalıdır.
- 8-Cihazın üzerinde 8 adet lehim ucu bulunmalıdır.
- 9-Cihazın üzerinde program düğmeleri dokunmatik olmalıdır.
- 10-Cihazla birlikte uç değiştirme ve zımparalama aparatı olmalıdır.
- 11-Ağırlığı en fazla 9 Kg olup, ebatları en fazla 34 x 15 x 31 cm olmalıdır.
- 12-Opsiyonel olarak ayak pedalı bağlanabilmelidir.

8-ARTİKÜLATÖR (BASİT)

- 1-Basit açıp kapanma işlemini yapabilmelidir.
- 2-Alt ve üst parçalarını bağlayan kısmı rijit bir metalden yapılmış olması.
- 3-Alt ve üst parçayı tutan parçalar ayarlanabilmelidir.

Yrd.Doç.Dr.M.Sinan DOĞAN
H.R.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Çocuk Diş Hekimliği A.B.D.
(Pedodonti)
Dip.Tesc.No:79575/89894

Yrd.Doç.Dr.M.Emrah POLAT
H.R.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D.
Dip.Tesc.No:29499

Yrd.Doç.Dr.M.Nezir KARACA
H.R.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti A.B.D.
7346842833