



T.C.  
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03147

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: ACİL POLK.-DOKU YAPIŞTIRICI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 20.12.2017

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	DOKU YAPIŞTIRICI	150	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

\*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

## TOPIKAL CİLT ADHESİVİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün acil veya ameliyathane ortamında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ürün temiz, taze, kenarları kolayca karşı karşıya gelen yaraların veya ameliyat kesilerinin yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
3. Ürün en az %98 n-bütül-2- siyanoakrilat bazlı monomerden oluşup, elektron ışın yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.
4. Ürün renksiz olmalı, herhangi bir boya içermemelidir.
5. Ürün ile kesiler, en fazla 60 saniye içinde yapıştırılmalı, kesiye pansuman yapılmasına gerek kalmamalıdır.
6. Ürün uygulandıktan sonra en fazla 7-10 gün içinde kendiliğinden dökülmeli hastaya herhangi bir müdahale yapılmasına gerek kalmamalıdır.
7. Ürün kesilerin kapatılma süresini kısaltmalı, işlemi kolaylaştırmalı ve meydana gelebilecek enfeksiyon riskini en aza indirmelidir.
8. Ürün steril poşette, cam içermeyen ampul içerisinde 0,5 gr'lık hacimde olmalı, ayrıca poşette, ürünün kesiye uygulanmasında kullanılan steril aplikatör de bulunmalıdır.
9. Ürün kullanıldıktan sonra, ampulden herhangi bir sızıntı veya bulaşma olmaması için ampulün ağzı tekrar kapatılabilir.
10. Ürünün birden fazla hastada kullanımı için her bir ampul ile birlikte 3 adet yedek steril aplikatör verilmeli, aplikatörlerin ucu hassas uygulamalar için uygun olmalıdır.
11. Ürün 2-8 °C ısıda buz dolabında saklanmalı ve bu ısıdaki raf ömrü 12 aydan kısa olmamalıdır.
12. Son kullanım tarihinin dolmasına dört ay kalan ürünler, uzun miyadlı ürünler ile değiştirilmelidir.
13. Alım, numune denenerek, bölümün onayı alındıktan sonra yapılacaktır.

**Ferhat COBAN**  
H.R.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi  
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

**Dr. Mustafa SEVER**  
Acil Tıp Uzmanı  
H.R.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Acil Tıp A.D.  
Dip.No:2940 - Dip.Tesc.No:81641