



T.C.  
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03183

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ - 22 F YILLIK MALZEME ALIM

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 29.12.2017 SAAT 17:00

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)	5	ADET			
2	AORTİK STENT GREFT BALON KATETERİ	10	ADET			
3	INTRADUSER SERT, AORTİK STEN GREFT İÇİN	15	ADET			
4	ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)	5	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

\*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

## SUT KODU:KV1198

### AORTİK BALON, STENTGREFT İÇİN, STANDART

1. Abdominal ve Torasik aort anevrizmalarında, stentgreft yerleřtirmede destek sađlayıcı yapıda olmalıdır.
2. Balon compliant yapıya sahip olmalıdır.
3. Tam yerleřtirme amacıyla üzerinde radyoopak iřaretler bulunmalıdır.
4. Balon hızlı řekilde řiřmeli ve aynı hızla incek řekilde dizayna sahip olmalıdır.
5. 0.035" kılavuz tellerle uyumlu olmalıdır.
6. Uyumlu olduđu minimum sheath apı 12F(4mm) olmalıdır.
7. Balon apı řiřtiđinde 10mm ile 50mm arasında deđiřmelidir.
8. řaft apı 8F, toplam uzunluđu 100cm olmalıdır.

  
Prof. Dr. Mustafa GÖZ  
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.  
A.B.D. Başkanı  
Dip. No: 1774250


  
Doc. Dr. Mehmet Salih AYDIN  
Harran Üniv. Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.  
Öğretim Üyesi  
Tıp No: 0213010176-81310

## SUT KODU:KV1200

### İNTRODUSER SET, AORTİK STENT GREFT İÇİN

1. Endovasküler kateter ve stent greft sistemlerinin damarlara girişine kolaylık sağlamalıdır.
2. Hidrofilik kaplaması sayesinde güvenli girişe olanak sağlamalıdır.
3. 30cm uzunluğunda ve 20F,22F ve 24F iç çaplarında olmalıdır.
4. 20cm uzunluğundaki modellerinde 16F, 18F ve 20F iç çapları bulunmalıdır.
5. Sürekli olarak hemostatik ayarlanabilirliği ile 0F ile 24F arasında kapatma sağlayabilmelidir.
6. Azami tıkanma direnci ve esneklik için sarmal boru dizaynına sahip olmalıdır.
7. Sistem tek elle kullanılabilir yapıda olmalıdır.

  
Dr. Mustafa GÖZ  
Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Damar Cerrahisi A.B.D.  
ABD Başkanı  
Tic. No: 1711200

  
Doc. Dr. Mehmet Salih AYDIN  
Harran Üniv. Tıp Fakültesi  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.  
Öğretim Üyesi  
Tic. No: 0213010170-81310