



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00449

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: K.B.B. SERVİSİ - 22 F YILLIK MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 01.06.20108 SAAT 17.00

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	SES PROTEZİ	120	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

PROVOX VEGA SES PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Medikal kullanıma uygun silikon materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
- Ürün total larenjektomi sonrası cerrahi,prostatik ses retasyonu için kullanılmalıdır.
- İç çapı 22.5 Fr olmalıdır.
- Protez 4.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.5 mm, ve 15 mm olarak altı ayrı boyutta bulunmalıdır.
- İstenildiğinde primer yerleştirme için disposable puncture set verilebilmelidir.
- Trakeal flanşın girişimini kolaylaştıran uzantısı olmalıdır.
- Kolay yerleşim için preloaded yerleştirme sistemi olmalıdır.
- Ses rehabilitasyonunu kolaylaştıran düşük dirençli valfi olmalıdır.
- Valf,Protez ile aynı kalıptan çıkmış (tek parça) olmalıdır.
- Valf, Radyopak mavi halka ile ayrıca desteklenmiş ve Candida oluşumlarına karşı dirençli olmalıdır. Bu vazgeçilmez özelliktir.
- Valf açıldığı zaman,özel dizaynından dolayı protez içinde kalmalıdır. Bu sayede Valfe zarar gelmesi önlenmelidir.
- Valf hava akış hızının daha fazla olabilmesi için 12° açıyla proteze yerleşmiş olmalıdır.
- Protezin güvenilir şekilde stabil yerleşimini sağlayan sertlikte flanşları olmalıdır ve ekstra bantlama gerektirmemelidir.
- Protez fistülden çıkmaksızın Provox özel fırçası ile günlük bakım yapılabilirdir.

Doç. Dr. İsmail İYENEN
HRÜ. ARŞ. UYG. HASTANESİ
K.B.B. Hastalıkları Uzmanı
Dip.No: 2721 Uzm.61002 76692

Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖZDAMAR
H.R.Ü Araştırma ve Uygulama Hastanesi
K.B.B. Hastalıkları Uzmanı
Sicil No: 4514 - Dip. Teşh. No:140227