



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 02875

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: AMELİYATHANE MALZEME ALIMIMI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 08.09.2017

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	HAND PIECE	3	ADET			
2	KONTROLLÜ; VE TORK ANAHTARLI EĞRİ MAKAS 36 CM UZUNLUK, 15 MM AKTİF BIÇAK, 5.5 ÇAP(Endoskopik/laparos	10	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

HANDPIECE ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ

1. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Handpiece, piezoelektrik disklerden oluşmuş akustik transdüşer sayesinde, elektrik enerjisini mekanik enerjiye (saniyede 55,500 titreşim) çevirir.
3. Handpiece'in ucunda, problemlerin bağlandığı bir ağız olmalıdır.
4. Ağız, transdüşerin yarattığı mekanik titreşimi artırarak proba vermelidir.
5. Kablonun ucunda, handpiece'in jeneratöre bağlanmasını sağlayan bir çıkış olmalıdır.
6. Kablo, ameliyat sırasında kullanım kolaylığına sahip olmalı ve ameliyat masasına ulaşım sorunu çıkarmamalıdır. Bu amaçla en az 3,2 m uzunluğunda olmalıdır.
7. ETO sterilize edilebilmelidir.
8. El tutacı en az 95 prosedür kullanımlık olmalıdır.
9. İstenildiğinde temizleme ve dekontaminasyon amacıyla sivi solüsyona bırakılabilmelidir.
10. Elden aktivasyon adaptörü ve handpiece, yarı disposable olmalıdır.
11. İmalatçının Türkiye'deki kuruluşuna verilen apostil kaşeli satış yetki belgesi teklif ile birlikte hastane idaresine verilmelidir.
12. Ürünün üzerinde imalatçı firma tarafından onaylı Türkçe kullanım kuzurları bulunmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erman DÖRTERLER
H.R.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Başhekim Yardımcısı