



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03184

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ - 22 F YILLIK MALZEME ALIM

Fiş Kodu :

Fiyatlar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 29.12.2017 SAAT 17:00

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	STERNAL PLAK FIXATİON	10	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi


Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

KV 4008

STERNAL PLAK FİXTATION SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) TİTANYUMDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 2) PLAK EN AZ 3MM KALINLIĞINDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 3) PLAK UCUNDA BÜKEY KISIM EN AZ 11 MM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 4) PLAK HAFİF VE DOKUYA ZARAR VERMEYECEK YAPIDA OLMALIDIR.
- 5) HER STERNAL PLAK İKİ PARÇADAN OLUP BİRLEŞTİRİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 6) PLAKLARIN İKİK AYRI PARÇASINI BİRBİRİNR SABİTLEYEN KİLİT SİSTEMİ OLMALIDIR.
- 7) KİLİT SİSTEMİ 5MM ARALIĞINDA VE BİRLEŞMENİN İLK ANINDA KİLİTLENEBİLMELİ.
- 8) PLAK LAR 20MM/ 25MM/ 30MM/ 35MM/ 40MM/ 45MM/ 50MM/ BOYLARINDA OLMALIDIR.
- 9) KİLİT SİSTEMİ AÇILIR KAPANIR OLMALIDIR.
- 10)PLAK ÜZERİNDE VE PAKETLERİNDE BOYLARI BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.
- 11)TESLİM EDİLECEK PLAKLARLA BERABER ÖLÇÜM CETVELİ, KİLİTLEYİCİ VE YAKINLAŞTICI İLE BERABER ALET SETİYLE KULLANIMA SUNULMALIDIR.
- 12)PLAK UÇLARI STERNUMU TAM ANLAMIMIYLA KAVRAYACAK ŞEKİLDE BÜKEY OLMALIDIR.
- 13)REOPERASYONLARDA TEEKRAR KULLANILABİLİR OLMALIDIR.
- 14)STERİL OLMALI VE TEKRAR STERİL EDİLEBİLİR OLMALIDIR.
- 15)CE BELGESİ OLMALIDIR.
- 16)ULUSAL BİLGİ BANKASINA(TİTUBB) KAYITLI VE SAĞLIK BAKANLIĞI MEDULA SİSTEMİNDE ONAYLI OLMALIDIR.


Prof. Dr. Mustafa GÖZ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D
ABD Başkanı
Dip. No: 121250


Doç. Dr. Mehmet Salih AYDIN
Harran Üniv. Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D
Cerrah Uzmanı
Dip No: 1210010176-81310