

TEKLİF FORMU

İşin Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI - 22/F YILLIK MALZEME ALIM
Konu : Teklif Mektubu
İstem No : 30246
Alım No : 00731

- Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
- UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
- SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
- SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
- SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
- SGK Ödenir/Ödenmez
- Pakete dahildir/dahil değildir
- Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklif birlikte SGK Sorgulamam sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.
- Teklif formunda belirtilmiş olan SUT Kodları ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
- Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.
- İdare No : 63760.38.32.00.01.330
- İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
- Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 17.10.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Sut Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	DENTAL İMPLANT (TİP 1)		1	ADET			
2	DENTAL İMPLANT (TİP 2)		1	ADET			
3	DENTAL İMPLANT (TİP3)		1	ADET			
4	DENTAL İMPLANT (TİP4)		1	ADET			
5	DENTAL İMPLANT (TİP5)		1	ADET			
				Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

Tip 1Dental İmplant Teknik Şartnamesi

1. İmplant gövdesi Medikal Titanium Grade 4 olmalıdır.
2. Dayanaklar (Dayanak) Medikal Titanium Grade 5'ten üretilmiş olmalıdır.
3. İmplant yüzeyi, Macro Yüzey (Sandblasted- LargeGrit – Acid-Etched) özelliğine sahip yüzey olmalıdır. Aliminyum oksitle kumlanmış ve asitle kumlardan arındırılarak pürüzlendirilmiş kemik ve implant bağlantısı sağlayan maksimum tutulum sağlayan Maxicellyüzey olmalıdır.
4. İmplant gövdeler 3.5mm /4.1mm/ 4.8mm çap ve 8/10/12/14mm boy seçenekleri sunmalı ve tüm çapların üst yapısı ortak kullanılabilir olmalıdır.
5. implant- dayanak bağlantısı 20° ve 15° açılı temas noktalarına sahip düz- derin bağlantılı olmalıdır.
6. İmplantın üzerindeki yiv yapısı, yuvada ilerlemeyi kolaylaştıran çift-sarmal ve reverse- butress yiv tasarımında olmalıdır. İmplantın boyun bölgesimicro yiv tasarımına sahip olmalıdır.
7. İmplantın tüm çapları kemik seviyesinde yerleştirilmek amacıyla (bone level) tasarlanmalıdır. Kemik seviyesinde veya üzerinde polisajlı yüzey bulunmamalıdır.
8. Platform Switching özelliği bulunmalıdır.
9. Cerrahi sette, kemikte implant yuvasını açmak için kullanılan frezler paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Sistemin cerrahi setinde, kendinden stoperlifrezler olmalıdır.
10. Cerrahi setin içerisinde, değişik kemik türlerinde kullanılmak üzere; sert kemik frezleri, kemik yoğunlaştırıcı ve boyun genişletici frezlerimevcut olmalıdır.
11. Tüm üst yapılar (dayanaklar, iyileşme başlıkları, analoglar, ölçü parçaları) tüm çaplara uygun olmalıdır. Ancak, protetik tedavi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde abutmentlar ve iyileşme başlıkları dar (4.3mm), standart (5.0mm) ve geniş (6.0mm)platform seçenekleri sunmalıdır.
12. Sistemde, simante, vidalı, hareketli protez, cad-cam ve döküm abutment seçenekleri bulunmalıdır.
13. Sistemin vidalı abutmentrestorasyonları için açılı-vidalı (multi-unit) seçeneği bulunmalıdır.
14. ISO 13485, CE, yerli malı belgesine sahip olmalıdır. TİTUBB kaydı bulunan ürünlerde ISO 13485, CE, belgesi istenmeyecektir.
15. Teklif edilen fiyata, İmplant, Kapama Vidası, İyileşme Başlığı, Ölçü Postu, Laboratuvar Analoğu ve standart dayanakdahil olmalıdır.
16. İmplant,kapama Vidası ile birlikte steriltüpte teslim edilebilir olmalıdır.
17. İmplant uygulamasında veya sonrasında oluşabilecek başarısızlıklar yüklenici firma tarafından garanti edilmelidir.
18. İstenildiğinde firma, değişik boy ve çapta ürün seçenekleri sunabilmelidir.

Dr.Öğr.Üyesi M.Emrah POLAT
H.Ü.R. Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D
Dış. Tesc. No: 29499

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Ziya YÜNCÜ
H.Ü.R.Ü Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji A.D
Dış. Tesc. No: 28724

Dr.Öğr.Üyesi M.Sinan DOĞAN
H.Ü.R. Diş Hekimliği Fakültesi
Çocuk Diş Hekimliği A.D
(Pedodonti)
Dış. Tesc. No: 7975/85934