



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi



TEKLİF FORMU

İşin Adı : 5 KALEM MALZEME ALIMI
Konu : Teklif Mektubu
İstem No : 30212
Alım No : 00665

YAKLAŞIK MALİYET

Son Teklif Tarihi: 21.09.2018

| S.No | Mal / Hizmet Adı | Miktarı | Birimi | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | Tanımlayıcı Firma ve UBB |
|------|---|---------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1 | CERRAHİ MASKE | 60000 | ADET | | | |
| 2 | AİRWAY NO:0 | 600 | ADET | | | |
| 3 | AİRWAY NO:5 | 1000 | ADET | | | |
| 4 | İDRAR TORBASI 100 CC-KIZ (PEDİATRİK) | 4000 | ADET | | | |
| 5 | PREZERVATİF | 15000 | ADET | | | |
| | | | Genel Toplam(KDV Haric): | | | |

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

CERRAHİ MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, nonvoven materyalden yapılmış olmalı.
- 2.Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemeli.
- 3.En az %99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0.1 mikron büyüklüğünde) sağlamalı ve bunu firma belgelemelidir.
- 4.En az 3 kattan oluşmalı
- 5.Sıvı bariyeri oluşturmali
- 6.Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalı.
- 7.Hipoallerjik olmalı.
- 8.Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekil alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalı.
- 9.Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı.
- 10.Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalı.
- 11.Bağcıklar başın en üst noktasında rahat bağlanacak uzunlukta olmalı.
- 12.Rahatsızlık verecek kokuya sahip olmamalıdır.
- 13.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı, CE ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
- 14.Gerektiğinde analiz yaptırılacak ve analiz ücreti firma tarafından ödenecektir.
- 15.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
- 16.Her pakette 100 adet olmalıdır.

Tuba ŞİMŞEK
S.S. Anestesi ve Uygulama Hastanesi
Genel Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi

Dr. Dr. Mustafa Erman DÖNERLER
S.S. Anestesi ve Uygulama Hastanesi
Tic. No: 2130 Teslim No: 85936

2-3

AIRWAY (NO:0,00,000,1,2,3,4,5)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVCden yapılmış olmalıdır.
2. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemelidir.
3. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.
5. Renk kodu bulunmalıdır.
6. Ambalajı tekli, temiz paketlerde steril olmalıdır.
7. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

Tuba ŞİMŞEK
H.R.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Genel Yoğurt Bölüm
Sorumlu Şefi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erman
H.R.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dip.No: 2130

4

İDRAR TORBASI 100 CC STERİL KIZ(PEDİATRİK) ŞARTNAMESİ

- 1.Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
- 2.Dış koruma poşeti rahat açılmalıdır
- 3.Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmeli ve ek yapıştırıcılara gerek kalmamalıdır.
- 4.Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
- 5.Yapıştırıcı ciltte alerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.
- 6.Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger veya benzer bir destek olmalıdır
- 7.İdrar torbasının yırtık, delik veya bütünlüğü bozuk olmamalıdır
- 8.Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 9.50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
- 10.Ürün en az (6) adet numune denenerek değerlendirilecektir.

Tuba ŞİMŞEK
H.R.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Genel Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erman DÖNERLER
H.R.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Erişim No: 2130 Tescil No: 48395