



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00350

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: 23 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MALİYET

Son Teklif Tarihi:

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	LINEER KAPATICI STAPLER KARTUSU 60 MM	20	ADET			
2	LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞU 75-80MM	10	ADET			
3	OTOMATİK LİNEER KAPATICI STAPLER 60MM-KALIN DOKU	5	ADET			
4	DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU 60- 3,8MM	40	ADET			
5	DİSPOSABLE DAİRESEL ANASTAMOZ STAPLERİ 28 MM	5	ADET			
6	EĞRİ KISA UÇLU DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME PROBU	25	ADET			
7	23 GAUGE UCU UZATILABİLİR ELMAS TOZLU ILM SÜPÜRÜCÜ	6	ADET			
8	23 G SİLİKON ALMA VERME SETİ	10	ADET			
9	23 G YÜKSEK HIZLI ÇİFT YÖNDEN KESEN VİTREKTOMİ PROBU	30	ADET			
10	27 GAUGE POLYAMİT SIVI KANÜLÜ 7 MM	5	ADET			
11	23 GAUGE IŞIKLI LASER PROBU AÇILI	12	ADET			
12	PEG (PERKÜTAN ENDOSKOPIK GASTRO STOMİ)20 FR	20	ADET			
13	ÜRODİNAMİK EMG ELEKTRODU	600	ADET			
14	BASKET KATETER GUİDE GEÇEN	5	ADET			
15	POMPA İNFÜZYON TÜPÜ	60	ADET			
16	KANAL TEMİZLEME FIRÇASI	20	ADET			
17	ÖZEFAGUS BANT LİGATÖR SETİ	40	ADET			
18	ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON KATETERLERİ (RADİAL-LİNEER)	2	ADET			
19	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, TRİPOD	10	ADET			
20	PORTEGÜ	2	ADET			
21	RAUSABLE TROKAR 10 MM	15	ADET			
22	REUSABLE TROKAR 12 MM	15	ADET			
23	REUSABLE TROKAR 5 MM	15	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

1

LİNEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 55MM - KALIN DOKU (TRT55)

1. Disposable olmalıdır.
2. Lineer kesici stapler kartuşunun steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Lineer kesici stapler kartuşunun aynı anda hem dört sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
4. Lineer kesici stapler kartuşunun zımbalar dokuda tutunumu arttıran %90 titanium'dan alaşımlı maddeden olmalıdır.
5. Lineer kesici stapler kartuşunun zımbalar 2mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
6. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba hattı en az 57mm, kesi hattı en az 53mm olmalıdır.
7. Lineer kesici stapler kartuşunun zımbaların eni en az 3mm, bacak uzunluğu en az 4.5mm olmalıdır.
8. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
9. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
10. Lineer kesici stapler kartuşunun içinde en fazla 56 adet zımba bulunmalıdır.
11. Çenelerin ucundan dokunun dışarı kaymasını ve zımbaların B formasyonu alması için uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pim olmalıdır.
12. Lineer kesici stapler kartuşu üzerinde bıçağı bulunan stapler ile uyumlu olmalıdır.
13. Latex madde içermemelidir.

Med. Doç. Dr. Mustafa Kemal YALÇIN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. No: 5526 - Dip. Tesel. No: 30836

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yrd. Doç. Dr. Osman BARDAKÇI
Dip. No: 125671 - Uzm. Tes. No: 102132

7111
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ
DİP. NO: 5526

