



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03170

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: AKUPUNTUR-MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 22.12.2017

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	AKUPUNKTUR İĞNESİ	10000	ADET			
2	KAN TUPÜ (PRP TUPÜ)	100	ADET			
3	MEZOTERAPİ TABANCASI	1	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

AKUPUNKTUR İĞNE ALIMINI İÇİN GENEL HÜKÜMLER

- 1- Toplam 30000 (otuz bin) iğne alınacaktır.
- 2- Kulak iğnesi sayısı 15000 (on beş bin) adet olacaktır.
- 3- 25 mm uzunluğundaki iğne sayısı 5000 (beş bin) adet olacaktır.
- 4- 13mm uzunluğundaki iğne sayısı 9000 (dokuz bin) adet olacaktır.
- 5- 7mm uzunluğundaki iğneler 1000 (bin) adet olacaktır.


Doç. Dr. Ali Erdal GÜNES
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akupunktur Polikliniği
Sertifika Tesci No: 88305

AKAPUNKTUR ESTETİK İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu ve kapsam:

Polikliniğimizde kullanılacak akupunktur iğnelerinin alımı için hazırlanmıştır .

Genel İstek Ve Özellikler

- i. Ebat 0,16x7mm olmalıdır.
- ii. İğneler paslanmaz çelik kaplama ,steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- iii. Paketlerin üstünde iğne ebadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- iv. Kutu üstünde son kullanma tarihi iğne ebadı ve kullanma kılavuzu Türkçe olarak yazılmalıdır.
- v. Malzeme son kullanma tarihine 3 ay kala yenileri ile değiştirmelidir.
- vi. Toplam malzeme 3 aylık periyotlara bölünerek teslim edilmelidir.

DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

-Muayene kabul komisyonu tarafından ilgili depoda ,muayene kabul komisyonu yönetmeliğine göre teslim alınacaktır.

-Hastaneye teslimattan önce ilgili depo ile teslim zamanı belirlenecektir.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- i. İğneler steril paketler içinde olmalıdır.
- ii. Paketlerin üstünde iğne ebadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- iii. Kutu üstünde son kullanma tarihi iğne ebadı ve kullanma kılavuzu Türkçe olarak yazılmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI:

*Depo tesliminden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr.Ali Erdal GÜNEŞ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akupunktur Polikliniği
Sertifika Tescil No:88305

AKUPUNKTUR VÜCUT İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu ve kapsam:

Polikliniğimizde kullanılacak akupunktur iğnelerinin alımı için hazırlanmıştır .

Genel İstek Ve Özellikler

- i. Ebat 0,20x13mm olmalıdır.
- ii.İğneler paslanmaz çelik kaplama ,steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- iii.Paketlerin üstünde iğne ebadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- iv.Kutu üstünde son kullanma tarihi iğne ebadı ve kullanma kılavuzu Türkçe olarak yazılmalıdır.
- v.Malzeme son kullanma tarihine 3 ay kala yenileri ile değiştirmelidir.
- vi. Toplam malzeme 3 aylık periyotlara bölünerek teslim edilmelidir.
- vii. Her bir kapsülde 5 (beş) adet olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

-Muayene kabul komisyonu tarafından ilgili depoda, muayene kabul komisyonu yönetmeliğine göre teslim alınacaktır.

-Hastaneye teslimattan önce ilgili depo ile teslim zamanı belirlenecektir.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- 1 İğneler steril paketler içinde olmalıdır.
- 2 Paketlerin üstünde iğne ebadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 3 Kutu üstünde son kullanma tarihi iğne ebadı ve kullanma kılavuzu Türkçe olarak yazılmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI:

*Depo tesliminden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr. Ali Erdal GÜNEŞ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akupunktur Polikliniği
Sertifika Tescil No:88305