



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00495

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: AYAKTAN TEDAVİ ÜNİTESİ-MALZEME ALIMI

Fiş Kodu :

Fiyatlar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 02.07.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	PORT İĞNESİ 20G	220	ADET			
2	PORT İĞNESİ 22G	75	ADET			
3	FİLTRELİ İŞİĞA DUYARLI UZATMA SETİ 0,2 MİC	75	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

PORT İĐNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.PORT KATETERLERDE KULLANILABİLMELİDİR.

2.İĐNE UCUNUN YAPISI, PORTUN SEPTUMUNU BOZMAYACAK BİĐİMDE ÖZELLEŐTİRİLMİŐ (HUBER) UĐ YAPISINDA OLMALIDIR.

3.İĐNE 90° EĐİMLİ UĐ YAPISINA SAĐİP OLMALIDIR.

4.İĐNENİN RAHAT KAVRANABİLMESİNİ SAĐLAYAN AYRILABİLİR MANDAL ŐEKLİNDE TUTUMACI VE PORTUN ÜZERİNİ KAPATABİLECEK ŐEKİLDE YASTIĐI BULUNMALIDIR.

5.İĐNE KALINLIĐI 20G OLMALI, İĐNE UZUNLUĐU 20-25mm ARASINDA OLMALIDIR.

6.İĐNENİN HUB KISMI 20mm UZUNLUĐUNDA VE KLEMLİ OLMALIDIR.

7.İĐNENİN UZATMASI POTANSİYEL ALERJİK REAKSİYONLARA KARŐI LATEX FREE OLARAK İMAL EDİLMİŐ OLMALI VE KIRILMA KATLANMA YAPMAYAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

8.İĐNELER TEKLİ SERT BLİSTER AMBALAJLARDA STERİL OLMALIDIR. AMBALAJ ÜZERİNDE SON KULLANMA TARİHİ, LOT NUMARASI ORJİNAL BASKIDA OLMALI, SONRADAN ETİKETLENMİŐ OLMAMALIDIR. MALZEMELER ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 3 YIL MİADLI OLMALIDIR.



IŞIKTAN KORUMALI FİLTRE UZATMASI (150cm)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün hortumu hem ultraviyole ışığı geçirmeyecek, hem de içi olası hava kabarcığı gözlenebilecek kadar görünebilen özellikte; sarı, turuncu veya amber renkli bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2- Ürünün hortumu hem yumuşak olmalı hem de kıvrıldığında içi tamamen kapanmayacak özellikte olmalıdır. Tercihan hortumun iç çapı 1,5mm dış çapı 3mm olmalıdır.
- 3- Ürünün uzunluğu 150cm(\pm 5cm) olmalıdır.
- 4- Ürünün her iki ucundaki konnektörler Luer Lock yapısında olmalıdır. Bir uç Perfüzyon Pompası Şırıngalarına uyumlu özellikte dişi luerlock konnektör, diğer uç erkek Luer Lock konnektör olmalıdır.
- 5- Ürün 800psi basınca dayanabilmelidir ve ürün etiketinde basınç değeri belirtilmelidir.
- 6- Ürün etiketi üzerinde ürünün ışıktan korumalı olduğu ibaresi yazılı olmalıdır.
- 7- Ürün tek kullanımlık paketlerde sunulmalıdır,
- 8- Ürün steril edilmiş olmalı, teslim tarihinde en az 30 ay son kullanma tarihli olmalıdır
- 9- Ürün paketi etiketi üzerinde ürünün içeriği, lot no, son kullanma tarihi bilgileri ve UBB barkodu bulunmalıdır
- 10- Ürün CE işareti taşınmalıdır.
- 11- Ürün Ulusal Bilgi Bankası(UBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

Doç.Dr.Hakan BÜYÜKHATİPOĞLU
H.R.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi
T.C. Hastaneleri A.Ş.
Medikal Onkoloji B.D.
Dip.Tesc. No: 72542-114661