



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00380

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI -PUAN KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MALİYET

Son Teklif Tarihi: 14.05.2018 SAAT 17:00

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	TAM OTOMATİK MALDITOFF BAKTERİ TANIMLAMA CİHAZI	20000	TEST			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
36 AYLIK TAM OTOMATİK MALDI TOFF CİHAZI BAKTERİ TANIMLAMA HİZMET ALIM

GENEL KOŞULLAR

- Hizmet alımı kapsamında sözleşmenin imzalanmasından itibaren sistem ile birlikte firma tarafından 3 yıl boyunca ücretsiz verilecek malzemeler ve hizmetler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

a) Malzemeler

- a-1) 20.000 adet tek kullanımlık slayt
- a-2) 20.000 adet için yeterli olacak şekilde en az 13 kutu matrix solüsyonu
- a-3) 8 adet E. coli kalite kontrol ATCC suşu
- a-4) Çalışma için 3 kutu Mould kiti ve 5 kutu FA solüsyonu
- a-5) Slica jel 9 kutu ve start kalibrasyonu için 1 adet laser Biolabs

b) Hizmetler

- b-1) 3 yıllık garantili teknik servis
- b-2) parça değişimi
- b-3) uzaktan destek
- b-4) lisanslı özel yazılım ve server

1. 3 (üç) yıllık hizmet sonrası cihaz hastaneye hibe edilecektir.
2. Kit özelliği taşıyan malzemelerin ürün kodu, UBB kodu, prospektüsleri ve kullanım kılavuzları dosyada sunulmalıdır.
3. Teklif veren firma kullanıcı eğitimlerinden tamamı ile sorumludur. Cihazın çalışır durumda hastaneye kurulmasından sonra eğitimi alması belirlenen personellere gerekli eğitimler verilecektir. Eğitimler sonunda personellere ve bölüm uzman doktorlarına eğitim sertifikası verilmelidir.
4. Teklif veren firma, teknik servis garanti taahhütnamesini dosyaya eklemelidir.
5. Alınan kitler ve malzemelerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olmalıdır.
6. Bu malzemeler ve kitler **laboratuvarın istemi doğrultusunda peyder pey gönderilmelidir**. Kitler son kullanma tarihinden bir ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilmelidir.
7. Kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi, malzemelerin bozuk olması durumunda bu kit ve malzemeler firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir.
8. **Firma gerektiğinde laboratuvarın isteği doğrultusunda, farklı testlerin ihale fiyatları üzerinden birbirleri üzerinden değişimini sağlamalıdır.**
9. Test solüsyonları ve kitlerin hatalı üretimi veya laboratuvara getirilmesine kadar süreçte bozulması (soğuk zincire uyulmaması ve diğer hatalar) sonucu harcanan kitler firmaya aittir.
10. Kitler laboratuvara geldikten sonra uygun koşullarda saklanmasına rağmen bozulması, niteliğini kaybetmesi durumunda firmaya bildirilecek ve firma tarafından kayıplar karşılanacaktır. Yine, cihazın hatalı çalışması ve hatalı okumaları nedeniyle kit harcanması ve standart ile kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda bu kitler yenileriyle değiştirilecektir.
11. Teklif edilen kitler ve bu kitlerin kullanılacağı cihaz TC Sağlık Bakanlığı UBB ye kayıtlı olmalıdır. SGK onay belgesi ve UBB barkod numaraları ihale dosyasına eklenmelidir.
12. Teklif edilen cihaz ve kitler CE-IVD belgeli olmalıdır.
13. Teklif edilecek olan kitlerin, teklif edilen cihaz ile uyumlu olduğu/validasyonunun yapıldığı kit prospektüsünde veya üretici firma kataloglarında gösterilmelidir.
14. İhaleyi kazanarak laboratuvara istenen sistemi kuracak olan firma bu sistemin çalışması için gerekli tüm laboratuvar donanımını (buzdolabı, -20 C derin dondurucu, bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye) ve sarf malzemesini laboratuvara sağlamalıdır. Teklif veren firmalar kitlerle beraber kullanılacak cihaza uygun kontrol suşlarını, kalibrasyon ve kontrol sırasında harcanacak test