



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 02749

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: 1. GRUP 19 KALEM ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSİ 22-F MALZEME ALIM

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
Teklif veren istekçiler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 02.08.2017

S.No	Mal / Hizmet Adı	Sut Kodu	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB	
1	MENİSKÜS ONARIMI MALZEME SETİ	AE0900	70	ADET	AE0900				
2	ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYON SETİ	AE0920	64	ADET	AE0920				
3	ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYON REVİZYON SETİ	AE0930	8	ADET	AE0930				
4	ARKA ÇAPRAZ REKONSTRÜKSİYON MALZEME SETİ	AE0940	5	ADET	AE0940				
5	ARKA ÇAPRAZ REKONSTRÜKSİYON REVİZYON MALZEME SETİ	AE0940	2	ADET	AE0940				
6	SLAP ONARIMI MALZEME SETİ	AE0960	25	ADET	AE0960				
7	BANKART ONARIMI MALZEME SETİ	AE0970	25	ADET	AE0970				
8	ROTATAR KILIF ONARIMI MALZEME SETİ	AE0980	45	ADET	AE0980				
9	TENDON ALLOGREFT	AG2650	7	ADET	AG2650				
10	KEMİKLİ TENDON GREFT	AG2630	2	ADET	AG2630				
11	ARTROSKOPİK RF PROBU	AE2410	120	ADET	AE2410				
12	NANO FX PLEURİ STİK	AE2160	8	ADET	AE2160				
13	ARTROSKOPİK SHAVER UCU	AE2340	2	ADET	AE2340				
14	ARTROSKOPİK SHAVER BURR	AE2440	2	ADET	AE2440				
15	BİOABSORBABLE PİN	AE2150	2	ADET	AE2150				
16	TİTANYUM SUTUR ANCHOR	AE1260	25	ADET	AE1260				
17	BİOABSORBABLE SUTUR ANCHOR	AE1650	5	ADET	AE1650				
18	ZİPTİGHT KİTİ	AE1140	5	ADET	AE1140				
19	ARTROSKOPİK STABLE (U ÇİVİSİ)	AE1030	8	ADET	AE1030				
					Genel Toplam(KDV Hariç):				

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

NOT:UBB, SUT FİYATLARI VE TİTUB KAYITLARI ÇIKTILARI DOSYADA BULUNDURULMASI ZORUNLUDUR.

ARTROSKOPİK GİRİŞİM, İRRİGASYON SETLERİ, BASINÇ AYARLI KONTROL, KASETLİ/KASETSİZ, INFLOW, KOMBİNE, TÜM BOYLAR

AE 1000

- Setler artroskopi ameliyatlarında kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemi olan Fms duo cihazına uyumlu olmalıdır.
- Günlük setin üzerinde kontaminasyonu önleyici tek yönlü valf, oto-kilitleme aparatı, basınç odacıđı, transduser bağlantısı, serum y hattı, basınç odacıđının altında bir adet, iki serum hattında da birer adet olmak üzere toplam 3 (üç) adet klemp bulunmaktadır. Elektrodlar uçtan ve yandan etkili olmalıdır.
- Set cihazının en az 100cc/dak akım hızında problemsiz çalışabilmektedir.
- Setler dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarımıdır.
- Bu setin kullanımı ile ameliyathane duvarında aspiratör tedarik etmeye gerek duyulmamalıdır.
- Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiđi taktirde elektroda dışarıdan aspirasyon kılıfı takılabilmelidir.
- Günlük setkontaminasyona izin vermeden birden fazla hastaya aynı gün içerisinde ameliyathanede lullanım olanađı sağlamalıdır.
- Setler latex ihtiva etmemelidir.
- Setler sterilidir ve tekli ambalajlarda olmalıdır.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
Yrd.Doç.Dr. Baki SARIKAYA
Dip. No: 86920

Yrd.Doç.Dr. Serkan SİPAHIOĞLU
Harran Üniversitesi Tıp Fak.
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
Lit.Dip. No: 83277-94034
Dip.No: 8692179

ARTROSKOPİK GİRİŞİM, İRRİGASYON SETLERİ, BASINÇ AYARLI KONTROL, KASETLİ/KASETSİZ, INFLOW/OUTFLOW, KOMBİNE, TÜM BOYLAR

AE1010

- Setler artroskopi ameliyatlarında kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemi olan Fms duo cihazına uyumlu olmalıdır.
- Hasta setinin üzerinde bir adet atık torbası, bir adet oto kilitleme aparatı, bir adet emme kanül giriş hattı bir adet de shaver giriş hattı bulunmalıdır.
- Set cihazının en az 100cc/dak akım hızında problemsiz çalışabilmelidir.
- Setler dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarımda olmalıdır.
- Bu setlerin kullanımı ile ameliyathane duvarında aspiratör tedarik etmeye gerek duyulmamalıdır.
- Setler latex ihtiva etmemelidir.
- Setler sterildir ve tekli ambalajlarda olmalıdır.

ARTROSKOPİK GİRİŞİM, İRRİGASYON SETLERİ, GİRİŞİM KANÜLLERİ, ÇİFT TARAFLI/KİLİTLİ/YİVLI/YİVSİZ, ESNEK/SERT/EĞİLEBİLEN, 0, TÜM BOYLAR

AE 1020

- Malzeme artroskopik omuz ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Kanüllerin boyutları
 - 5,5mm – 8.5 mm x 55 mm
 - 5,5 mm-7.0mm-8,5 mm x 75 mm
 - 5.5mm-8.5mm x 90 mm
 - 7.0mm x 110mm yivli olmalıdır.
- Operasyon sırasında hekime kolaylık sağlaması için, kanüllerin boyutları renk kodları ile belirtilmiş olmalıdır.
- Kanüllerin her biri ayrı paketlerde ve kılavuzları(obturator) ile birlikte steril olmalıdır.
- Kanüller, içlerinin görünebilmesi için şeffaf olmalıdır.
- Suyun rahat boşaltılabilmesi için, kanüllerin hem üstte, hem yanda delikleri olmalıdır.
- Yandaki deliğin, istenildiği zaman kapatmak için vidalanabilen tıpası bulunmaktadır ve bu tıpa kaybolmaması için plastik bir ip ile gövdeye tutturulmuş olmalıdır.
- Üstteki deliğin ağızında sıvı kaybını önlemek için açılabilen bir zar bulunmalıdır.
- Kanülün dokuda tutunabilmesi için vida gibi yivleri bulunmalıdır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
Yrd.Doç.Dr. Bekir KARIKAYA
Dip. No: 99202179

Yrd.Doç.Dr. Serkan SARIKOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.
Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Dip. No: 99202179