

TEKLİF FORMU

İşin Adı : GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ - MALZEME ALIM
Konu : Teklif Mektubu
İstem No : 30231
Alım No : 00725

- Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
- UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
- SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
- SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
- SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
- SGK Ödenir/Ödenmez
- Pakete dahildir/dahil değildir
- Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklif birlikte SGK Sorgulamam sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.
- Teklif formunda belirtilmiş olan SUT Kodları ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
- Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.
- İdare No : 63760.38.32.00.01.330
- İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
- Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 11.10.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	TORAKS DRENAJ KANİSTER (TEK YOLLU DİJİTAL)	25	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

25 Adet

24439

VAKUM YARDIMLI THORAX TOPLAMA KAVONUZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vakum yardımcı toplama kavonuzu 800ml \pm 50 ml kapasitesine sahip olmalıdır.
2. Vakum yardımcı toplama kavonuzu üzerinde 2 adet filtre bulundurulmalıdır.
3. Cihaza hortum bağlantı yerinde üzerinde filtre bulunmalıdır.
4. Kavonoz şeffaf ve derecelendirilmiş kolaylıkla içi görülebilecek özellikte olmalıdır.
5. Toplama kavonuzu DDS sistemde olmalı ve Terapy ünitesine kolaylıkla takılabilmelidir.
6. Kavonuzun ubb kaydı onaylı olmalıdır.
7. Bayilik zinciri oluşmuş olmalıdır.
8. Toplama kavonuzları steril olmalıdır.
9. İhaleyi alan firma her 150 adet toplama kavonuzuna karşılık, setlere uyumlu 1 adet cihazı malzemeler bitene kadar kliniğe bedelsiz olarak kullanım amaçlı kuracaktır.

Prof. Dr. İbrahim Can KÜRKÇÜOĞLU
Dip.Tes. No:41662-61066
Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. AYTAÇ ŞAHİN
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ AB.
Dip.Tes. 514493