



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 02871

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: PSİKİYATRİ MAİZEME ALIMI

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 08.09.2017

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	TARTI BOY ÖLÇER	1	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

1 KALEM MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOY VE KİLO ÖLÇER TARTI

- 1)Güvenilir tartı mekanizması ve boy ölçme çubuğu olmalıdır.
- 2)Tartı kapasitesi 200 kiloya kadar olmalıdır.
- 3)Tartı ölçeği aralığı (derecelendirme)100 gr olmalıdır (dijital göstergeli)
- 4)Boy ölçme çubuğu 60-210 cm aralıklarda ölçüm yapabilme özelliğine sahip olmalıdır (1 mm aralıklarla)
- 5)Pil ve elektirikle çalışabilme özelliği taşınmalıdır.
- 6)Numune veya katalog teslim edilmelidir.numune veya katalog teslim etmeyen numunesi veya kataloğu teknik şartnameye uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7)Teklif veren firmalar şartname maddelerinde ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir.
- 8)Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dökümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.teknik şartname uygunluk belgesinde herhangi bir farklılık bulunursa teklif veren firma ihale dışı bırakılacaktır.
- 9)Teklif edilen cihaz TS belgesine sahip olmalıdır.
- 10)Cihaz en az iki yıl garantili olacak (malzeme ve işçilik hatalarına karşı üretici firma garantisi)garanti süresince teknik servis yedek parça garantisi satıcı firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
- 11)Teklifin değerlendirilmesi sonucunda firmadan demostrasyon istenebilecektir demostrasyon esnasında ve sonrasında doğabilecek masraf ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır.

Armağan KIRTAL
H.R.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Psikiyatri Sorumlu Hemşiresi