



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00427

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: **KARDİYOLOJİ SERVİSİ - 22 F YILLIK MALZEME ALIMI**

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.

UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.

SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.

SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: **01.06.2018**

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	SET İNTRADUCER PERİFERİK ÖRGÜLÜ HİDROFİLİK	100	ADET			
2	INTRADUCER SHEATH 6 F 90 CM	30	ADET			
3	KLAVUZ TEL 0,32 / 0,38 HİDROFİLİK 260-300 CM	200	ADET			
4	KLAVUZ TEL 0,32/0,38 HİDROFİLİK SERT 260-300CM	200	ADET			
5	KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 0,014-0,018", REKANALİZASYON AMAÇLI	200	ADET			
6	KATETER OKLÜZYON TEKRAR LÜMENE GİRİM GERÇEK LÜMENDEN GEÇİŞ	150	ADET			
7	KATETER,KILAVUZ,PERİFERİK,ÖRGÜLÜ	50	ADET			
8	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİOPLASTİ, 035" OTW	300	ADET			
9	KATETER, BALON, ANJİOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 014", OTW	100	ADET			
10	KATETER, BALON, ANJİOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 018", OTW	100	ADET			
11	KATETER, BALON, ANJİOPLASTİ İLAÇ SALINIMLI 035" OTW YÜKSEK BASINÇLI (EN AZ 16 ATM)	150	ADET			
12	KATETER BALON ANJİOPLASTİ 035"	150	ADET			
13	STENT,VASKÜLER,PERİFERİK,BALONA YÜKLENMEMİŞ	200	ADET			
14	BALONLA AÇILABİLEN PERİFERİK STENT	100	ADET			
15	PERİFERİK GREFT STENT	50	ADET			
16	STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK	50	ADET			
17	STENT, VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK / NİTİNOL / DİSTAL İNCELEN MONORAİL (7X30)	50	ADET			
18	EMBOLİDEN KORUYUCU SİSTEM	50	ADET			
19	KATETER BALON ANJİOPLASTİ 0,14 MONORAİL	50	ADET			
20	ATEREKTOMİ KATETERİ MOTORU	10	ADET			
21	Reya Trombektomi Sistem III	50	ADET			
22	CONCERTO HELIX 14X40 PGLA KAPLI BIRAKILABİLİR KOİL	20	ADET			
23	KATETER ,ANJİYOGRAFİ,ÖRGÜLÜ , YUMUŞAK UÇLU (038 F6 100 SIM-2)	100	ADET			
24	KATETER MİKRO PERİFERİK ÖRGÜLÜ (MİKRO KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE)	10	ADET			
25	STENT VASKÜLER PERİFERİK KENDİLİĞİNDEN AÇILAN	10	ADET			
26	STENT VASKÜLER PERİFERİK BALONLA AÇILAN MONORAİL	10	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

SUT KODU: KR1115 SET, INTRODUCER PERİFFERİK 45-64cm, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, bir adet kayganlaştırıcı kaplanmış kılavuz kateter ve bu kateterle uyumlu dilatörden oluşmalıdır.
2. Kılıf kalınlığı en fazla 6.5F (2.8mm), iç lümen genişliği ise en az 0.090" inç (2.29mm) olmalıdır.
3. Kılıf uzunluğu 45-65 cm olmalıdır.
4. Dilatör, ucu inceltilmiş ve kılıf uyumu mükemmel (pürüzsüz) bir yapıda olmalıdır.
5. Kılıf uç şekli düz, açılı (45 derece) olmalı; ayrıca RDC alternatifi de sunulmalıdır.
6. Kontralateral yaklaşıma uygun olmalı ve kink olmamalıdır.

Dr. Öğr. Dr. Zülkif TANRIVERDİ
Kardiyoloji Uzmanı
Anabilim Dalı
16516

Dr. Öğr. Dr. Feyzullah BESLİ
Kardiyoloji Uzmanı
Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 136765
Uzm. Tec. No: 102423

SUT KODU: GR1066 SET, INTRODUCER PERİFFERİK 45-64cm, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, bir adet kayganlaştırıcı kaplanmış kılavuz kateter ve bu kateterle uyumlu dilatörden oluşmalıdır.
2. Kılıf kalınlığı en fazla 6.5F (2.8mm), iç lümen genişliği ise en az 0.090" inç (2.29mm) olmalıdır.
3. Kılıf uzunluğu 90 cm olmalıdır.
4. Dilatör, ucu inceltilmiş ve kılıf uyumu mükemmel (pürüzsüz) bir yapıda olmalıdır.
5. Kılıf uç şekli düz, açılı (45 derece) olmalı; ayrıca RDC alternatifi de sunulmalıdır.
6. Kontralateral yaklaşıma uygun olmalı ve kink olmamalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Zülkiç TANRIVERDİ
HRU Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 16516

Dr. Öğrt. Dr. Feyzullah BESLİ
HRU Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 16765
Uzm. Tesc. No: 102425