



T.C.  
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi



TEKLİF FORMU

İşin Adı : 24 AY SÜRELİ ELİZA VE PCR PUAN SONUÇ KARŞILIĞI HİZMET ALIMIMI  
Konu : Teklif Mektubu  
İstem No : 30814  
Alım No : 00466

YAKLAŞIK MALİYET

Son Teklif Tarihi:

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	ELİZA HİZMET ALIMIMI	4.654.663,82	PUAN			
2	PCR HİZMET ALIMIMI	1.749.780	PUAN			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

\*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

**HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI  
ELİSA TESTLERİNİ ÇALIŞACAK TAM OTOMATİK ELİZA CİHAZININ TEKNİK  
ŞARTNAMESİ VE CİHAZDA KULLANILACAK REAKTİFLERİN ÖZELLİKLERİ**

**ELİZA CİHAZINDA KULLANILACAK REAKTİFLERİN ÖZELLİKLERİ**

- 1- Teklif edilecek reaktifler, teklif edilen cihazla tam uyumlu olmalıdır. **Laboratuvarın 24 aylık ihtiyacı olan dört milyon altıyüzedörtbin altıyüzaltmışüç sekseniki) puan karşılığı alınacak testler EK-8'de belirtilen ilgili test kodlarına karşılık gelen puanların hesaplanmasıyla bulunmuştur.**
- 2- Teklif veren firmalar, tekliflerinde reaktiflerin hangi prensipte çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini belirteceklerdir. (Üretici firma başlıklı ve reaktif ambalaj listesini gösterir belge verilecektir).
- 3- Reaktifler üretici firmaya ait orijinal etiket taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
- 4- Teklif veren firmalar, reaktiflerle kullanılacak cihaza uygun, kontrol serumları, yıkama ve temizlik solüsyonlarını, kalibrasyon serumları, bilgisayar yazıcısı ve şeritleri, numune kapları, reaksiyon küvetleri, vb. sarf malzemeleri ücretsiz olarak gerektiği kadar hastaneye verecektir.
- 5- Tüm reaktiflerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'n'da kayıtlı oldukları ve Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylı olduğunu gösteren belgeleri ihale dosyasında sunacaktır.
- 6- Kitler ve Reaktifler laboratuvarımızda denenip güvenilirliği ve uygunluğu onaylandıktan sonra kabul edilecektir. Kitler asgari 6 ay miadlı olacaktır. Kit teslimatı ilgili bölümün talebi üzerine peyderpey yapılmalıdır. Kitler son kullanma tarihinden 1 ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılar ile değiştirilmelidir.
- 7- HBs Ag Kiti mutant suşlarını yakalayabilmelidir.
- 8- Anti HCV core, Ns3, Ns4 antikorlarını tespit edebilmelidir.
- 9- Anti HIV kitleri HIV 1, HIV 2, HIV 1 sub tip 0 ve p24 antijenini tespit edebilmelidir.
- 10- Cihazda çalışılan testlerin tümü kalitatif veya kantitatif sonuç olarak verebilmelidir.
- 11- Sözleşme süresince firma laboratuvar tarafından kabul edilen bir "Dış Kalite Kontrol Programını" Ücretsiz olarak sağlamalıdır.
- 12- Teklif veren firmalar sözleşme süresince teklif ettikleri kalemler için laboratuvarın tercih ettiği 'İç kalite Kontrol Serumların' ücretsiz olarak karşılayacaktır.
- 13- Cihazda kullanılmak üzere laboratuvarda bulundurulmuş reaktifler, kontrol ve kalibratörlerin son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır. Miadı geçmiş herhangi bir malzeme kullanıldığı tutanakla tespit edildiği takdirde, firma uyarılır ve ilgili testlerin ödemesi yapılmaz. Miadı geçmiş malzemelerden kaynaklı tüm zararlar firmaya aittir. İki den fazla miadı geçmiş malzeme kullanıldığı tespit edilirse, hastane idaresinin belirleyeceği para cezası uygulanır ya da sözleşme fesih edilir.
- 14- Reaktifler likid formda kullanıma hazır olmalıdır. Herhangi bir sulandırmaya gerek olmamalıdır.
- 15- Kitler lot numarası değişmediği sürece kutu bazında kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır.
- 16- İhalede alınan **puan birim** fiyatları sözleşme süresince geçerli olacaktır.
- 17- Test solüsyonlarının ve kitlerin hatalı üretimi veya laboratuvara getirilmesine kadar süreçte bozulması (Soğuk zincire uyulmaması ve diğer hatalar) sonucu harcanan kitler firmaya aittir. Kitler laboratuvara geldikten sonra uygun şartlarda saklanmasına rağmen bozulması, niteliğini kaybetmesi durumunda firmaya bildirilecek ve **zarar** firma tarafından karşılanacaktır. Yine, cihazın hatalı çalışması ve hatalı okumaları nedeniyle kit harcanması ve standart ile kontrolleri hatalı sonuç vermesi durumunda bu kitler yenileriyle değiştirilecektir.
- 18- İhalede kitlerin verimliliği esas alınacaktır. Buna göre kalibrasyon süresi ve kaç test kullandığı ve ne kadar kontrol gerektiği ve çıkan sonuçların kontrol edilme gerekliliği gibi nedenlere göre önerilen sistemin verimliliği esas alınacaktır. Bu nedenle otomasyon sisteminde çalışılan test miktarı reel hasta sayısı olarak kabul edileceğinden testler kontrol ve kalibrasyonlar çıktıktan sonra fiyatlandırılmalıdır.

**Prof.Dr. Mehmet AYRANTAR**

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Uzmanı

Dip. No: 51647